

<フリーテストステロン検査内容変更のお知らせ>

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、下記検査項目の内容を変更させて頂きたくご案内
致します。
誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、何卒ご了承の
程お願い申し上げます。

敬具

記

変更項目 フリーテストステロン

実施日 平成15年2月1日(土)

変更理由 試薬販売メーカーからの基準値に関するお知らせに
より、従来使用していた基準値が欧米で使用している
基準値に比べて高めであることが判明致しました。
この度、試薬メーカーより国内の医療機関との共同
作業により参考基準範囲を設定した旨の連絡が入りま
したので、改めて、年齢別の基準値を設定させて頂き
ます。
急なお知らせでご迷惑をお掛けしますが、事情をご
監察頂き、ご了承の程お願い申し上げます。
尚、報告値に関しましては一切変更はございません。

フリーテストステロン年齢別・性別における基準値(メーカー参考値)
(単位: pg/ml)

年 齢	男 性	女 性
20~29	8.5~21.3	2.7以下
30~39	6.0~18.8	1.9以下
40~49	3.3~16.6	1.1以下
50~59	6.0~13.9	1.0以下
60~69	5.2~14.8	