

## << 基準値変更のお知らせ >>

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、下記の項目につきまして測定方法の変更に伴い基準値を変更させて頂きまますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。  
敬具

### 記

実施期日 平成 20年 9月 16日(火) 受付分より

#### 1、検査内容変更項目

項目コード	項目名	変更箇所	新	旧	備考
034	コリンエステラーゼ (CHE)	検査法	JSCC標準化対応法	ヨウ化5-メチル-2-テノイルチオコリン法	検査方法変更に伴う基準値の変更
		基準値	M: 235~494 IU/l F: 196~452 IU/l	203~460 IU/l	
036	アミラーゼ (AMY)	検査法	JSCC標準化対応法	BG5P基質法	
		基準値	41~112 IU/l/37°C	40~120 IU/l/37°C	

\*総合検査案内30~31頁参照