

< 基準値変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、下記の項目につきまして基準値を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。
 誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえ、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

実施期日 平成 22年 11月 1日(月) 受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更箇所	基準値		備考	記載頁
			新	旧		
587	アンジオテンシン I	基準値	500 pg/mL以下	110 pg/mL以下	測定試薬変更に伴う基準値変更	65
593	アンジオテンシン II	基準値	9~47 pg/mL	22 pg/mL以下	測定試薬変更に伴う基準値変更	65
267	アルギニンバゾプレッシン(AVP)	基準値	0.3~4.2 pg/mL	0.3~3.5 pg/mL	測定試薬変更に伴う基準値変更	59
566	サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	基準値	3.5 ng/mL以下	2.8 ng/mL以下	基準値の見直しによる変更※1	79

※1 旧基準値では健常者における95パーセンタイルの上限値を採用しておりました。今回採用する新基準値は、肺良性疾患を対象としたROC曲線より算出したカットオフ値になります。