

< 判定基準変更及び検査中止のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして測定試薬変更に伴い判定基準変更と検査の中止をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

実施期日 平成24年4月25日(水)受付分より

《検査内容変更項目》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考	総合検査案内掲載頁
60	HBc抗体価	項目コード	2490	60	現行試薬販売中止のため、試薬を変更します。	85
		判定基準	カットオフ値(C.O.I)	抑制率(%)		
			陰性:0.9以下	陰性:49.9以下		

《検査中止項目》

項目コード	項目名	変更内容	中止理由	代替項目	総合検査案内掲載頁
138	HBc抗体価 200倍希釈	受託中止	試薬販売中止のため	なし	85

【現行試薬と新試薬の比較 HBc抗体価】

		現行試薬		合計	
		陽性	陰性		
新試薬	陽性	203	2	205	陽性一致率:100%
	陰性	0	324	324	陰性一致率:99.4%
合計		203	326	529	判定一致率:99.6%

(メーカー資料)