

< 判定基準変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の項目につきまして、測定試薬変更に伴い判定基準を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

実施日 平成25年12月10日(火)受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考	総合検査案内掲載頁
076	HBs抗体	項目コード	2557	076	改良試薬への変更(*)	95,96
		判定基準	濃度(mIU/mL)	濃度(mIU/mL)		
			陰性:9.9以下	陰性:4.9以下		

* WHOのワクチネーション基準である10mIU/mLに準拠した、改良試薬への変更

【現行試薬と新試薬の比較 HBs抗体】

		現行試薬		合計	
		陽性	陰性		
新試薬	陽性	103	1	104	陽性一致率:90.4%
	陰性	11	68	79	陰性一致率:98.6%
合計		114	69	183	定性一致率:93.4%

(メーカー資料)